◆INTRODUCTION
◆PRINCIPE
◆MODE D'EMPLOI

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir pris une tres bonne décision- ! L'appareil de mesure de glycémie ***Medi+Sure***™ *est conçu pour les Canadiens. Compact et portable, il est facile a user, et affiche les résultats des tests en seulement 6 secondes. De plus, l'appareil de mesure sauvegarde automatiquement jusqu'à 960 résultats de tests, y compris la date et l'heure de chacun. Cela vous permet de gérer avec toute efficacité votre diabète. Nous vous remercions de votre appui. Avant de procéder à votre premier test, veuillez lire attentivement le guide de l'utilisateur, car il contient tous les renseignements que vous avez besoin , pour utiliser l'appareil de mesure de glycémie* ***Medi+Sure***™ .

PRINCIPE

L'appareil de mesure de glycémie ***Medi+Sure***™ *vous donne une méthode facile et précise pour déterminer les valeurs glycémiques capillaires. Cette analyse est fondée sur la technologie ampérométrique qui utilise l'oxydase de glucose , dont on se sert pour la mesure des taux de glycémie. Lorsque l'échantillon du sang est appliqué sur la bande de mesure, des électrons sont formés par une réaction entre l'oxydase de glucose et la glycémie. Le courant électrique est mesuré et mis en corrélation avec la concentration de glucose dans l'échantillon du sang.*

MODE D'EMPLOI

L'appareil de mesure de la glycémie ***Medi+Sure***™ *mesure de façon precise le taux de glucose dans le sang entier d'origine capillaire obtenu du bout du doigt. On le prévoit à l'usage des utilisateurs étendus et devrait être employé par un patient seul comme aide en surveiller l'efficacité du programme de gestion du diabète. Il ne doit pas être utilisé pour diagnostiquer le diabète, et n'est pas conçu pour les nouveau-nés.*

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:

● *Le compteur et autopiqueur sont à usage personnel. Ne pas le partager avec quiconque, y compris d'autres membres de la famille! Ne pas utiliser sur d'autre patients!*

● *Toutes les pièces de l'ensemble sont présente un risque biologique et peuvent transmettre potentiellement les maladies infectieuses, même après avoir effectué le nettoyage et la désinfection.*

Référence:

1. "Notification FDA Santé publique: l'utilisation des appareils bout du doigt sur plus d'une personne représente un risque pour la transmission de pathogènes à diffusion hématogène: Communication initiale" (2010)http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm

2. "CDC Rappel clinique: utilisation de dispositifs bout du doigt sur plus d'unepersonne représente un risque pour la transmission de pathogènes à diffusion hématogène" (2010) http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html

Medi+Sure™

Appareil de mesure de la glycémie

Section 1. Contenu et sp é cifications

1.1 Contenu 2

1.2 Spécifications du produit et conditions d'utilisation 2

1.3 À propos du système 4

Section 2. Fonctionnement de l' appareil

2.1 Installation/remplacement de la pile 6

2.2 Réglage de la date, de l'heure et l'unités de température 7

2.3 Réglage de l'alarme 9

2.4 Mesure des échantillons 10

2.5 Prélèvement sanguin 11

2.6 Mesure de votre glycémie 13

2.7 Comment nettoyer votre dispositive 16

2.8 Consultation des résultats en mémoire 19

2.9 Consultation de la date, de l'heure et de la température 22

Section 3. Remarques importantes

3.1 Entretien de votre appareil 23

3.2 Manipulation et entreposage 23

3.3 Explication des messages affichés 24

3.4 Messages d'erreur et dépannage 26

3.5 Valeurs prévues 28

3.6 Garantie de l'appareil 28

Section 1. Contenu et specifications

1.1 Contenu

Trousse de démarrage complète :

Appareil de mesure de la glycémie ***Medi+Sure***™
pile au lithium 3 V (CR2032),
guide de l'utilisateur (registre compris), guide de démarrage,
bandelette de mesure de la glycémie ***Medi+Sure***™ ,
mode d'emploi de la bandelette de mesure, lancette,
dispositif de crevage, mode d'emploi du dispositif de crevage,
boîtier de transport.

Appareil de mesure seulement :

Appareil de mesure de la glycémie ***Medi+Sure***™
pile au lithium 3 V (CR2032),
guide de l'utilisateur (registre compris),
guide de démarrage, boîtier de transport.

1.2 Product Specifications & Operating Conditions

✻ Meter Specifications :

Conditions d'entreposage	Température : -4°~122°F (-20~+50°C) ; Humidité relative : RH ≦ 80%
Capacité de mémoire	960 résultats de tests avec dates et heures respectives
Unité de mesure	mmol/L
Affichage	Écran ACL
Temps de réaction	6 secondes
Dimensions de l'appareil de mesure	54×93×16 mm
Poids de l'appareil de mesure	53 g (avec pile)
Portée de mesure	1.1~41.7 mmol/L
Alimentation	Une pile au lithium 3V (CR2032)
Durée de vie de la pile	Plus de 1,000 tests

✻ Spécifications de la bandelette de mesure :

Dimensions de la bandeltte	35 × 6 × 0.6 mm
Conditions d'entreposage	Température：36~86°F (2~30°C)； Humidité : RH≦80%
Volémie	0.6 μL
Date de péremption des bandelettes de mesure	Voir le dessus de l'emballage

✻ Conditions d'utilisation du système :

Bandelettes de mesure	À l'aide des bandes de mesure de la glycémie ***Medi+Sure***™
Conditions d'utilisation	Température : 50~104°F(10~40°C)； Humidité：20%~80% RH.
Type de prélèvement	Sang entier d'origine capillaire
Hématocrite du sang testé	25%~60%
Limite d'altitude	À ne pas utiliser plus haut que 10 183 pieds du niveau de la mer.
√ L'appareil de mesure est calibré en fonction des résultats équivalents du sang entier d'origine capillaire.	

1.3 À propos du système

✻ Appareil de mesure de la glycémie ***Medi+Sure***™ (Face):

Affichage ACL

Indique les résultats et les messages sur la glycémie.



Fente Insérez la bandelette de mesure.

✻ Appareil de mesure de la glycémie ***Medi+Sure***™(revers):



✻ Bandelette de mesure de la glycémie *Medi+Sure*™ :


Fenêtre de prélèvement
Point d'application
Appliquez la solution de contrôle ou le sang sur le point d'application.
Barres noires
Insérez cette extrémité en plaçant les barres noires vers soi, dans la fente de la bandelette de mesure.

✻ Comment savoir si le prélèvement est suffisant ?



Remarque:

regardez la fenêtre de prélèvement sur la bandelette de mesure. S'il y a suffisamment de sang sur la bandelette, celle-ci ne sera plus du tout blanche. La fenêtre de prélèvement sera couverte de sang..
S'il n'y a pas suffisamment de sang, la fenêtre ressemblera à celle de droite dans l'illustration ci-dessus..

Section 2. Installation / remplacement de la pile

2.1 Installation/remplacement de la pile

Votre appareil de mesure de la glycémie ***Medi+Sure***™ *contiens une pile au lithium de 3 V qui doit être installée avant de procéder au test. Vous pouvez procéder à plus de 1 000 tests avec la même pile. Cependant, cela varie selon l'usage. Nous vous recommandons d'avoir tousjours une pile de rechange à portée de main. Lorsque l'indicateur de pile faible apparaît à l'écran, cela signifie que votre pile est faible. Bien que l'appareil de mesure continue de fournir des résultats précis, vous devez remplacer la pile dès que possible. Ensuite, réinitialisez la date, l'heure et les unités.*

(Voir la section 2.2, Réglage de la date, de l'heure et l'unités de température.)

* Consignes d'installation/de remplacement de la pile:

1) Ouvrez le couvercle de la pile en poussant la languette.
2) Utilisez le couvercle de la pile pour sortir celle-ci de son logement.



3) (+) vers le haut, et veillez à ce que la pile soit insérée sous le dispositif de retenue de la pile. Appuyez fermement sur la pile. Glissez le couvercle de la pile jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.



4) La mention « Set » (réglez) sera affiché à l'écran ACL pour une seconde.
* 5) Réinitialisez la date, l'heure et les unités.

2.2 Réglage de la date, de l'heure et l'unités de température:

* Consignes de réglage de la date, de l'heure et l'unités de température :



1) Appuyez sur le bouton "S" (bouton de réglage) pour 3 secondes.
2) Vous entendrez un bip, et l'appareil de mesure s'allumera. L'écran ACL affichera la date, l'heure, l'unité de température, l'unité et le symbole du thermomètre ( ) à l'écran.
3) Appuyez sur le bouton "S" (bouton de réglage). L'année clignotera à l'écran.



4) Appuyez sur le bouton ">"(flèche de droite) ou le bouton "<" (flèche de gauche) jusqu'à ce que l'année exacte soit affichée.
5) Appuyez de nouveau sur le bouton "S". Le mois clignotera à l'écran ACL.

6) Appuyez sur le bouton ">" ou "<" jusqu'à ce que le mois exact soit affiché.
7) Appuyez sur le bouton "S". Le jour clignotera.
8) Appuyez sur le bouton ">" ou "<" jusqu'à ce que le jour exact soit affiché.
9) Appuyez sur le bouton "S". L'heure clignotera.

10) Appuyez sur le bouton “>” ou “<” jusqu’à ce que l’heure exacte soit affiché.

11) Appuyez sur le bouton “S”. Les minutes clignoteront.
12) Appuyez sur le bouton “>” ou “<” jusqu’à ce que les minutes exactes soient affichées.
13) Appuyez sur le bouton “S”. L’unité “mmol/L” est montrée.
14) Appuyez sur le bouton “S”.L’unité (°C) de la temperature est demontrée. Toutes les deux sont des unités de defaut.
15) Appuyez sur le bouton “S”. L’appareil de mesure émet un bip et s’éteint. Tous les réglages seront sauvegardés.

Remarque:

Pour ajuster rapidement un certain numéro, appuyez sur le bouton “>” ou “<” jusqu’à ce que le numéro désiré apparaisse.
En tout temps lorsque vous désirez éteindre l’appareil de mesure, appuyez sur le bouton “S” pendant environ 3 secondes, et tous les réglages seront automatiquement sauvegardés.

2.3 Réglage de l'alarme

* Consignes de réglage des alarmes :

1) Appuyez sur le bouton "<" (flèche de gauche) pour 3 secondes sur la face de l'appareil de mesure.
2) Un bip sonore retentira, et l'appareil se mettra en marche. AL 1 (alarme 1) et l'heure seront affichés à l'écran ACL.
3) Appuyez sur le bouton "S" (bouton de réglage) pour activer l'alarme, et le symbole (🔔)clignotera à l'écran. Vous pouvez activer (On) ou désactiver (Off) l'alarme en appuyant sur le bouton ">" ou "<".

4) Appuyez de nouveau sur le bouton "S", et l'heure clignotera à l'écran ACL.
5) Appuyez sur le bouton ">" ou "<" jusqu'à ce que l'heure exacte soit affichée.
6) Appuyez sur le bouton "S". Les minutes clignoteront.

7) Appuyez sur le bouton ">" ou "<" jusqu'à ce que les minutes exactes soient affichées.
8) Appuyez sur le bouton "S", et l'appareil de mesure émettra un bip. La mention "ok" sera affichée à l'écran ACL. Le réglage de AL1 (alarme 1) est terminé. ps.

9) Appuyez sur le bouton "S" pour régler AL 2~4.
10) Appuyez sur le bouton "S" pendant 3 secondes, et l'appareil de mesure émettra un bip. L'appareil s'éteint lorsque la mention "SAVE" (sauvegarder) apparaît à l'écran. Tous les réglages sont sauvegardés.

Remarque:

Pour ajuster rapidement un certain numéro, appuyez sur le bouton "＞" ou "＜" jusqu'à ce que celui que vous désirez apparaisse.

En tout temps lorsque vous désirez éteindre l'appareil de mesure, appuyez sur le bouton "S" pendant environ 3 secondes, et tous les réglages seront automatiquement sauvegardés.

* Alarme:

1) La durée de l'alarme est de 30 secondes.
2) Pour éteindre l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton.
3) L'alarme ne sera activée qu'en mode sommeil ; l'alarme ne fonctionne pas quand l'appareil est en marche.

2.4 Mesure des échantillons

* Consignes de mesure des échantillons :

1) Préparez la bandelette de mesure et les solutions de glycémie.
2) Appuyez sur le bouton "M" (bouton principal).
3) Insérez une bandelette dans la fente prévue à cet effet.
4) Appuyez sur le bouton "＞"."L1" (fait référence au niveau 1). Vous pouvez sélectionner L1, L2 ou sang en appuyant sur le bouton "＞"ou"＜".



5) Lorsque le symbole de la bouteille clignote à l'écran, vous pouvez commencer le test. Vous avez 3 minutes pour appliquer la solution. Si vous n'avez pas appliqué la solution dans un délai de 3 minutes, l'appareil de mesure s'éteindra automatiquement.



6) Utilisez un linge propre et humide pour essuyer le dessus du capuchon du flacon de bandelettes de mesure. Séchez à fond.
7) Serrez doucement pour faire couler une goutte sur le dessus du capuchon du flacon de bandelettes.
8) Laissez le point appliqué de la bandelette de mesure toucher la goutte de solution.
9) La solution est automatiquement attirée dans la zone réactive jusqu'à ce que celle-ci soit bien remplie..
10) Après 6 secondes, le résultat sera affiché à l'écran..
11) Comparez le résultat du test à l'eventail de données indiquées sur l'étiquette du flacon des bandelettes de mesure.

Remarque:

En mode contrôle (L1 ou L2), le résultat du test ne sera pas sauvegardé dans la mémoire de l'appareil de mesure. Pour de plus amples renseignements, veuillez lire le mode d'emploi de la solution de glycémie.

2.5 Prélèvement sanguin

* Prélèvement sanguin sur le bout du doigt :

Pour de plus amples renseignements sur la lancette, Veuillez lire le mode d'emploi de la lancette.

1) Pour de plus amples renseignements sur la lancette, veuillez lire le mode d'emploi de la lancette.
2) Lavez vos mains à l'eau chaude et au savon, et séchez-les à fond. Retirez le couvercle de la lancette.
3) Placez une nouvelle lancette dans le porte-lancette.
4) Retirez le capuchon de protection de la lancette. Ne jetez pas ce capuchon.
5) Remettez le couvercle sur la lancette.
6) Choisissez la profondeur de pénétration désirée pour obtenir un bon échantillon de sang en atténuant le plus possible l'inconfort. Réglez la profondeur en tournant le couvercle sur la lancette.
   Réglages:
   1 ou 2 -- peau délicate.
   3 ou 4 -- peau normale.
   5 ou 6 -- peau épaisse ou cicatrisée.
7) Tenez la lancette d'une main. Tirez le tube coulissant vers l'avant avec l'autre main jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. La lancette est maintenant pleine et prête à utiliser. L'appareil put être remis en position originale en dégageant le tube coulissant.
8) Pour obtenir un meilleur échantillon de sang, abaissez la main d'où provient l'échantillon et secouez-le pour quelques fois. Frottez vers le haut à partir de la paume jusqu'aux doigts avec l'autre main.
9) Placez l'extrémité de la lancette sur le doigt à partir duquel l'échantillon de sang sera prélevé. Appuyez sur la gâchette pour faire une ponction de la peau. Mettez la lancette au côté et procédez à votre test de glycémie, selon la mode d'emploi du moniteur de glycémie.



9) Retirez le bout ajustable après la pénétration. Remettez le couvercle en place, sur la lancette afin de ne pas exposer la pointe de l'aiguille.
10) Poussez l'éjecteur vers l'avant, et jetez la lancette dans un conteneur approuvé. Tirez sur l'éjecteur ; relâchez la gâchette afin que la lancette revienne à son état original. Remettez en place le bout ajustable.

Remarque:

Le pathogène à diffusion hématogène (par exemple, VHB, VHC ou VIH) sera propagee si vous l'utilisation de lalancette sera partagée avec dautre personnes.

Le dispositif doit être employé par seulement une personne et ne devrait pas être partagé.

Vous devez vous laver les mains soigneusement avec du savon et de l'eau après la manipulation du compteur, l'autopiqueur, ou les bandelettes du test.

Référer à la section "Comment nettoyer votre appareil» pour les informations plus détaillées sur le nettoyage et la désinfection.

2.6 Mesure de votre glycémie

* Marche à suivre pour mesurer votre glycémie :

1) Prenez une bandelette de mesure dans le flacon de bandelettes de mesure. Remettez le capuchon du flacon en place immédiatement, et fermez-le hermétiquement.

2) Insérez la bandelette de mesure (barres noires face à soi) dans la fente de la bandelette de mesure de l'appareil. Celui-ci se met en marche automatiquement.

3) Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton “M” pour mettre l’appareil en marche, et le symbole de bandelette de mesure vous dira d’insérer une bandelette de mesure. Veuillez insérer une bandelette de mesure pendant la periode d’une minute, et l’appareil affichera le numéro de code.



4) Lorsque le symbole de la goutte de sang clignote à l’écran, vous pouvez commencer le test. Vous avez 3 minutes pour appliquer l’échantillon de sang. Sinon, l’appareil s’éteint automatiquement.

5) Appuyez la lancette contre le bout de votre doigt et appuyez sur la gâchette.

6) Prenez l’appareil et procédez de la façon la plus confortable possible pour que la goutte de sang entre en contact avec le rebord du point d’application de la bandelette de mesure. Le sang sera attiré automatiquement dans la bande de mesure. Un bip sonore sera émis pour vous indiquer que le test est commencé.



Remarque:

Regardez la fenêtre de prélèvement sur la bande de mesure. S’il y a suffisamment de sang sur la bande, celle-ci ne sera plus du tout blanche. La fenêtre de prélèvement sera couverte de sang.

S’il n’y a pas suffisamment de sang, la fenêtre ressemblera à celle de droite dans l’illustration ci-dessus.

7) Lorsque vous entendez un bip, l'appareil commence le décompte à partir de 6 secondes. Suite au décompte, le résultat du test sera affiché avec l'heure et la date, qui sera sauvegardé automatiquement dans la mémoire de l'appareil.

Remarque:

Si le résultat du test est supérieur à 13.3 mmol/L（incluant 13.3 mmol/L）, un point d'exclamation（(!)）apparaîtra à l'écran.

8) Inscrivez le résultat dans votre registre.
9) Retirez la bande de mesure de l'appareil. Jetez la bandelette de mesure et la lancette dans un contenant imperforable.

- **Lorsque le résultat se situe dans l'eventail hypoglycémique (<2.8mmol/L), ou l'etendu hyperglycémique (>13.9 mmol/L), contactez votre prestataire de soins de santé.**

Attention :

Si le résultat est faible ou élevé, et que vous ne vous sentez pas malade :

- Recommencez le test.
- Veillez à ce que les résultats soient indiqués en mmol/L.
- Vérifiez l'appareil avec la solution.

Si vous obtenez toujours un résultat faible ou élevé, contactez votre lmedecin ou ifirmiere, ou le professionel de de la santé.

Remarque:

Le dispositif devrait être essuyé avec le désinfectant approprié en suivant la section de « comment nettoyer votre dispositif » du guide de l'utilisateur après utilisation ou avant utilisation du prochain patient.

2.7 Comment nettoyer votre dispositif

STEP1: NETTOYEZ AVANT LA DÉSINFECTION

1.Utilisez les lingettes de CaviWipes.
2.Nettoyez la surface de votre dispositif comprenant le compteur et le dispositif de laçage (non montrés) avec le towelette pour enlever des débris et pour bioburden.
3.Jetez le towelette utilisé

STEP2: DÉSINFECTEZ APRÈS NETTOYAGENING

1.Utilisez les lingettes de CaviWipes.
2.Désinfecter la surface avec la lingette pendant 2 minutes.
3.Jetez la lingette utilisé

Remarque:

1.Le compteur et l' autopiqueur doivent être nettoyés chaque fois qu'il est visiblement sale. Il devrait être désinfectés régulièrement, ou une fois par semaine.

2.Le nombre de nettoyage et de désinfection pour le compteur et dispositif de laçage est jusqu'à 18250 cycles qui a été validé selon l'utilisation er dureé de vie de l'appareil. La fréquence recommandée de désinfection pour un dispositif à usage unique est une fois par semaine ou deux lingettes par semaine, un pour le pré-nettoyage et un pour la désinfection. Nos tests ont été évalués sur au moins 5 ans et durée d'utilisation de vie pour le compteur et l'autopiqueur.

3. Si le compteur est utilise par une autre personne- , par example une qui fournit de l'assistance à l'utilisateur test, le compteur et autopiqueur doit être décontaminés avant leur utilisation d'un second utilisateur.

4.Vous devez vous laver les mains soigneusement avec du savon et de l'eau après l'uasge du compteur, l'autopiqueur, ou les bandelettes du test.

* Pourquoi l'appareil doit être désinfecté ?

Le virus de l'hépatite B (HBV) est un virus enveloppé d'ADN et un membre de famille Hepadnaviridae. L'enveloppe virale entourant le génome partiellement bicaténaire d'ADN se compose des copies multiples des protéines extérieures virales de transmembrane insérées dans un bilayer liquide dérivé de la cellule hôte. A cause de cet enveloppement, le virus est très difficile a tuer .La seule chose qui est efficace est l'éthanol à concentration de 70 %. Les solutions d'agent de blanchiment de 10 % sont efficace contre le virus, mais peutvent détruire votre appareil.

Des études en clinique ont démontré qu'en choissant le bon produit et un temps appropré, le glucometer et the compteur peuvent être désinfecté correctement et détruira le HBV.

* Quelles parti de l'appareil doivent être nettoyés et désinfectés?



✻ Information de désinfectant CaviWipe.

Lingettes CaviWipes désinfection ont été achetés auprès de METREX RESEARCH CORP, et le Reg APE. est 46781-8. CaviWipes sont des lingetteo non-tissés jetables pré-saturé de CaviCide, et sont utilises dans les centres de santé comme les hôpitaux, les cabinets dentaires, les laboratoires, cliniques, les bureaux ophtalmiques, les installations vétérinaires et dans les cuisines et les salles de bains. CaviWipes sont efficaces contre le virus de l'hépatite B (VHB), l'hépatite C (VHC) et virus d'immunodéficience humaine (VIH-1). Le temps pour tuer les virus ci est au dessus de 2 minutes.

Remarque:

Diisobutyl-phénoxy-enthoxyethyl chlorure de diméthyl benzyl ammonium est l'ingrédient actif dans les lingettes CaviWipes Désinfection . Il a été choisis pour la disinfection assure du compteur ***Medi+Sure***™ de la glycémie.

Fabricant : METREX RESEARCH CORPORATION.
Adresse : Route de 28210 mèches Romulus, MI 48174
Téléphone :1-(800)-841-1428 Site Web : www.metrex.com

Remarque:

Si vous avez des questions sur la section de "Comment nettoyer votre périphérique", s'il vous plaît communiquer au (1-855-634-7873) pour l'assistance technique.

2.8 Consultation des résultats en mémoire

* Pour consulter vos résultats de test en mémoire :

L'appareil de mesure de glycémie sauvegarde automatiquement jusqu'à 960 résultats de tests avec les dates et heures respectives. Vous pouvez les consulter dans l'ordre, du plus récent au plus ancien. L'appareil efface automatiquement le plus ancien resultat et met en place le plus noveau nouveau. Les résultats sauvegardés dans la mémoire de l'appareil ne seront pas perdus si vous replassez la pile.
Etapes por remplaser la pile.

1) Appuyez le bouton "M" (bouton principal) pour mettre l'appareil en marche.
2) Lorsque le symbole de bandelette de mesure clignote, appuyez de nouveau sur le bouton "M". La moyenne des résultats des 7 derniers jours sera affichée à l'écran pendant une minute.
3) Appuyez sur le bouton ">", et la moyenne des résultats des 14 derniers jours sera affichée à l'écran pendant une minute.
4) Appuyez de nouveau sur le bouton ">", et la moyenne des résultats des 21 derniers jours sera affichée à l'écran pendant une minute.
5) Appuyez de nouveau sur le bouton ">", et la moyenne des résultats des 21 derniers jours sera affichée à l'écran pendant une minute.

Remarque:

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton "S".

6) Lorsque vous obtenez la moyenne des résultats des 7 derniers jours, appuyez sur le bouton “M” pour lire les résultats en mémoire. Le résultat de test le plus récent sera affiché pendant une minute. Appuyez sur le bouton “>” ou “<” pour visualiser l’historique de vos résultats.

Remarque:

Pour lire la séquence de résultats des tests, appuyez sur le bouton ”>” ou “<”.

Pour obtenir rapidement le résultat d’un certain test, maintenez le bouton ”>” ou “<” enfoncé jusqu’à ce que le résultat désiré apparaisse.

7) Si vous désirez supprimer un résultat parmi les 960 en mémoire, appuyez sur le bouton“S” pendant 3 secondes. Le voyant “ DEL” clignotera à l’écran. Appuyez de nouveau sur le bouton “S”. Le résultat sera effacé de la mémoire, et passera automatiquement au résultat suivant.

Remarque:

Lorsque vous effacez la mémoire, “SEt” clignote à l’écran, et la mémoire se réinitialise. La durée de cette étape peut varier.

8) Lorsque vous voyez le résultat le plus ancien, l’écran ACL affiche “Mem Del ALL?” à l’écran pendant une minute.

9) Pour effacer tous les résultats en mémoire, appuyez sur le bouton “S” pendant 3 secondes. Le message “ ----- ” apparaîtra à l’écran, ce qui signifie que tous les résultats en mémoire ont été effacés.

10) Pour ne rien effacer, appuyez sur le bouton “S”, et l’appareil s’éteindra.

Remarque:

Si vous n'appuyez pas le bouton "M" dans un délai d'une minute, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Si vous désirez éteindre l'appareil lorsqu'il est en mode mémoire, appuyez sur le bouton "S", et tous les réglages seront automatiquement sauvegardés.

11) Les résultats des tests obtenus avec la solution de contrôle ne sont pas compris dans le calcul de la moyenne.



7 jours 14 jours 21 jours 28 jours



Tout?

Remarque:

Si vous désirez éteindre l'appareil lorsqu'il est en mode mémoire et moyenne, appuyez sur le bouton "S". L'exception est survenue durant le décompte.

Remarque:

Vous devez réinitialiser la date chaque fois que vous remplacez la pile ; sinon, la moyenne ne sera pas valide et vous ne pourrait pas retracer les données en mémoire. Si la réinitialisation est terminée, "Set" apparaîtra à l'écran, et l'appareil produira et regarnira la mémoire automatiquement.

Cette étape prend environ une minute, et la durée est variable.

2.9 Consultation de la date, de l'heure et de la température

1) Appuyez sur le bouton"<"(flèche de gauche), et la date, l'heure et le symbole de l'horloge(◷) seront affichés à l'écran pendant 3 secondes. L'appareil s'éteindra ensuite automatiquement.



Remarque:

Si vous avez réglé l'alarme, le symbole (🔔) apparaîtra à l'écran.

2) Appuyez sur le bouton">" (flèche de droite), et la température, l'unité de température et le symbole du thermomètre (⊂⊃) apparaîtront à l'écran pendant 3 secondes. L'appareil s'éteindra ensuite automatiquement.



Section 3. Important Notes

3.1 Entretien de votre appareil

C'est facile de prendre soin de votre appareil. Vous devez suivre les consignes énoncées ci-dessous :

1) Ne démontez pas votre appareil. Si vous avez des questions, contactez le distributeur local agréé de l'appareil de mesure de la glycémie ***Medi+Sure***™ .
2) Utiliser votre appareil avec soin. Évitez de lancer, secouez ou faire tombre votre appareil.Cela pourrait endommager des pièces internes.
3) Nettoyez la surface de l'appareil avec un linge doux et légèrement humide. N'utilisez pas d'alcool ou des solutions abrasives.
4) Ne mettez pas des liquide dans l'appareil.

3.2 Manipulation et entreposage

1) Touchez votre appareil avec soin, et protégez-le des rayons du soleil ou dles températures extremes : trop chaudes ou trop froides.
2) N'exposez pas l'appareil et les bandes de mesure à l'humidité, Dans une dans une salle de bain, par example, ou une cuisine.
3) Protegez l'appareil de la poussière.
4) Utiliser le boîtier de transport et protégez l'appareil de ***Medi+Sure***™ . Il est la a votre service.
5) Placez votre appareil dans un coin convenable, 30 minutes avant le test.

3.3 Explication des messages affichés

• Tous les sumboles s'affichent :

Si vous appuyez le bouton " M "
ou vous insérez une bandelette de mesure dans l'appareil, tous les symboles seront affichés Tout est fait en 2secondes. L'appareil se met automatiquement en marche.

• Message d'insertion d'une nouvelle bande de mesure dans l'appareil :

L'appareil vous expliquera comment insérer une nouvelle bandelette de mesure dans la fente de la prévue pour cet effet en faisant clignoter le symbole de la bande à l'affichage.

• Message indiquant qu'il n'y a pas de mémoire dans l'appareil :

S'il n'y a pas de mémoire dans l'appareil, appuyez deux fois sur le bouton « M » et l'appareil affichera "----".



• Message d'application de l'échantillon :

Vous devez appliquer l'échantillon de sang ou la solution de contrôle sur la bande de mesure après avoir inséré une bandelette de mesure.

Appliquez l'échantillon de sang

Appliquez la solution de contrôle L1

Appliquez la solution de contrôle L2

• Message du résultat du test :

L'appareil indique les résultats variant entre 1.1 à 41.7 mmol /L avec les dates et heures respectives.

• Message HI :

Si le résultat du test est supérieur à If 41.7 mmol / L , le message "HI" est affiché.



• Message Lo :

Si le résultat du test est inférieur à 1.1 mmol / L, le message "Lo" est affiché.

• Unités du résultat du test :

Vous pouvez sélectionner mmol/L dans le mode réglage. Les unités seront affichées avec le résultat du test.



3.4 Messages d'erreur et dépannage

Lorsque vous utilisez l'appareil de mesure incorrectement, des messages d'erreur sont affichés. Chaque message est expliqué ci-dessous.

E-U

Cause:

(1) La bandelette de mesure a ete retirée durant le test ;
(2) Une bandelette de mesure humide ou usagée a été utilisée ;
(3) L'échantillon de sang a été appliqué avant d'insérer la bandelette de mesure ;
(4) L'échantillon de sang ou la solution de contrôle fut appliqué sans que le symbole de la goutte de sang ou de la bouteille de contrôle ait clignoté.

Action:

(1) Ne retirez pas la bandelette de mesure tant que le résultat n'a pas été affiché ;
(2) Répétez le test avec une nouvelle bandelette de mesure ;
(3) Insérez la bandelette de mesure dans l'appareil, puis appliquez l'échantillon de sang.
(4) Appliquez l'échantillon de sang ou la solution de contrôle après que le symbole de la goutte de sang ou de la bouteille de contrôle a clignoté.

E-O, E-OO, E-tF, E-S

Cause:

Appareil endommagé.

Action:

Contactez le distributeur local agréé de votre appareil de mesure de glycémie.



E-t

Cause:

L'appareil ne fonctionne pas dans les limites de température prescrites (50°~104°F or 10°~40°C).

Action:

Déplacez l'appareil et les bandes de mesure dans un lieu où la température est adéquate pour effectuer un test. Attendez au moins 30 minutes, puis recommencez le test.

E-b

Cause:

La pile est faible.

Action:

Remplacez la pile bientôt.

3.5 Valeurs prévues[1]

Taux de glycémie prévu chez les personnes ne souffrant pas de diabète :	
Délai	**Plage (mmol/L)**
A jeune	3.9-6.1
Deux heures après les repas	Inférieur à 7,8

[1] *Recommandations de l'American Diabetes Association Clinical Practice, 2004, Diabetes Care, Vol. 27, Supplément 1, p.S9.*

3.6 Garantie de l'appareil

MAJOR Biosystem Corp. warrants, garantit à l'acheteur original de l'appareil de mesure de glycémie ***Medi+Sure***™ *que cet appareil est exempt de défauts de fabrication, pièces et main-d'œuvre, en vertu d'une garantie à vie valide à partir de la date d'achat. Dans l'éventualité où cet appareil ne fonctionnerait pas adéquatement en raison de défauts de pièces et main-d'œuvre,*
MAJOR Biosystem Corp. le remplacera par un produit équivalent ou le réparera, et ce, sans frais pour l'acheteur.
Cette garantie ne s'applique pas à la pile fournie avec l'appareil, ou à tout appareil modifié, altéré, utilisé de façon abusive ou utilisé de façon inadéquate. MAJOR Biosystem Corp. ne peut être tenue responsable des dommages indirects ou accessoires. AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, NE PEUT ÊTRE FAITE. Pour toutes questions concernant les prestations de garantie, veuillez contacter votre distributeur local agréé.

Remarque:

Carnet de

Système de surveillance de la glycémie

Mémo personnel

Nom:_____

Adresse: _____

Téléphone cellulaire: _____

Email:_____

Hôpital:_____

Médecin:_____

Contactez-Téléphone:_____

Le temps de diagnostic:_____

Si vous trouvez ce carner, s'il vous plaît communiquer avec ce qui précède.

Date	Temps	Résultat D'essai	AC/PC*	Remarques
			☐AC ☐PC	
			☐AC ☐PC	
			☐AC ☐PC	
			☐AC ☐PC	
			☐AC ☐PC	
			☐AC ☐PC	
			☐AC ☐PC	
			☐AC ☐PC	

** AC= avant les repas ; PC= après les repas*